



DISTRIBUDORA QUIABSA S.A. DE C.V
 AV. TECNOLÓGICO No. 513 SOLIDARIDAD I C.P. 20196 AGUASCALIENTES, AGS.
 Tel: (01-449) 9-17-55-71
www.quiabsa.com.mx

CERTIFICADO DE ANALISIS

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO: | | AGUA DESIONIZADA |
|---------------------------|--------|---------------------------------|
| FORMULA: | H2O | FECHA DE LIBERACION: JULIO/2021 |
| No. DE CATALOGO: | Q1003 | CADUCIDAD: 08-jul-22 |
| NUM. DE LOTE: | 242721 | |

| PRUEBA | ESPECIFICACIONES | VALORES DEL LOTE |
|----------------------|------------------|------------------|
| pH | 5.5 - 7.0 | 6.9 |
| COLOR | 0.000 unidades | 0.000 unidades |
| CLORUROS (Cl) | 0.00004 | 0.00004 |
| SULFATOS (SO4) | 0.00004 | 0.00004 |
| CALCIO (Ca) | pasa prueba | pasa prueba |
| TURBIDEZ | 0.000 NTU | 0.000 NTU |
| DIOXIDO DE CARBONO | Negativo | Negativo |
| HIERRO (Fe) | Negativo | Negativo |
| CONDUCTIVIDAD a 25°C | 0.5 – 1.5 uS/cm | 1.21 uS/cm |
| ALCALINIDAD | 10.00 mg/l max. | 10.00 mg/l max. |
| METALES PESADOS | Pasa prueba | Pasa prueba |
| MICROBIOLOGICO | | |
| R. T. MESOFILICOS A. | 10 UFC/ml. MAX. | <1 UFC/ml. |
| COLIFORMES TOT. NMP | AUSENCIA | AUSENCIA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COMENTARIOS

RESPONSABLE O ANALISTA:

I.Q. JOSE DE JESUS ALONSO